



NORME INTERNATIONALE ISO 8037-2:1997
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2002-11-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Optique et instruments d'optique — Microscopes — Lames porte-objet —

Partie 2:

Qualité des matériaux, normes de finition et mode d'emballage

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Optics and optical instruments — Microscopes — Slides —

Part 2: Quality of material, standard of finish and mode of packaging

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 8037-2:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 172, *Optique et instruments d'optique*, sous-comité SC 5, *Microscopes et endoscopes*.

Page 2, 3.16

Remplacer la note par le texte suivant:

NOTE Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 8037, la longueur d'évaluation est de 60 mm pour des lames porte-objet de 76 mm de long, et de 30 mm pour des lames porte-objet de 45 mm de long. La longueur d'évaluation doit représenter une longueur de base (voir 4.16 de l'ISO 4287-1:1984).

Page 3, 4.1.1 et 4.1.2

Remplacer le texte de 4.1.1 par le texte suivant:

ICS 37.020

Réf. n° ISO 8037-2:1997/Cor.1:2002(F)

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn